



T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : E-23315919-949
Konu : Zeyilname

ZEYİLNAME (2021/106392)

Müdürlüğümüzce 23.03.2021 tarihinde saat 14:00'da ihalesi yapılacak olan "AYDIN DEVLET HASTANESİ 21 AYLık MR HİZMETİ ALIMI" ihalesi ile ilgili olarak;

İhalenin İDARİ ŞARTNAMESİ'nin

1- 7.5.2 Maddesinin son paragrafındaki "*Genelgenin 3.4.1. Maddesi Gereği Yedek Parça Taahhüdünü Vermeleri, Cihazın Son İki Yılda Up-Time Süresinin %95 Ve Üzerinde Olması kaydıyla kamu menfaatleri ve ekonomik avantaj hususları dikkate alınarak sözleşme süresi sonunda cihaz yaşı Sözleşme Bitiminde 13 (On Üç) Yaşını Doldurmamış Cihazlar Kabul Edilecektir.*" İbaresini, "**Hizmet satın alınmasına karar verilen tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazlar sağlık bakanlığı sağlık hizmetleri genel müdürlüğü 2019/19 sayılı genelgesi 3.4.1 maddesine göre ihale tarihi 31.12.2020 tarihi sonrası olması nedeniyle 10 yaşından büyük olmayacaktır. Bu cihazların yaşları imalat tarih ve seri numarası ile belgelendirilecektir. Hizmet alımının bir yıldan fazla süreyi aşması halinde, sözleşme süresi sonunda cihaz yaşı 10 yılı geçmeyecektir.**" Şeklinde düzenlenmiştir.

İhalenin TEKNİK ŞARTNAMESİ'nin

- 1- Diğer Hususlar kısmının 7. Maddesi şartname metninden çıkartılmıştır.
- 2- Radyofrekans Sistemi kısmına 9. Madde olarak "**Firmalarca Softone, ART, Whisper Mode vb. isimlerle adlandırılan gradient baskılama yöntemi ile ses azaltma metodlarının üstüne, sistem ayrıca firmalarca Quite suite+petra, Comfortone, SilentScan vb. olarak adlandırılan sessiz çekim özelliğine sahip yazılımlardan en az biri bulunmalıdır.**" Eklenmiştir.
- 3- Bilgisayar ve Bilgi Toplama, İşleme ve Depolama Sistemi 1. Maddesine "**Görüntü hesaplama sisteminin (reconstruction engine) en az 48 GB RAM belleği ve en az 30 GB sabit disk bellek kapasitesi olacaktır. Görüntü hesaplama sisteminin işlemci hızı en az 2.0 GHz olacaktır.**" Eklenmiştir.
- 4- Bilgisayar ve Bilgi Toplama, İşleme ve Depolama Sistemi 2. Maddesine "**256 x 256 matrisde full FOV'da saniyede en az 22000 FFT rekonstrüksiyon yapabilmelidir.**" Eklenmiştir.

5- Sistem Yazılım Paketi Kısımına;

- “45. Echoplanar (EPI) ve dinamik çalışmalar yapılabilmelidir. Verilen EPI yazılımları gelişmiş EPI görüntüleme yazılımları olacaktır. Bu yazılımlarda Echo train Length = ETL veya EPI faktörü belirtilecektir. En son hızlı görüntüleme tekniklerine ait özellikler belirtilip, tekliflere eklenecektir.”***
- 46. 2D ve 3D çalışmada ölçüm tekrarlama sayısı (acquisition, next) ve seri ölçüm sayısı (dinamik çalışmalar için) tekliflerde belirtilecektir.***
- 47. Sistemde, MultiVane/snape Shot, Blade, Propeller 3.0 vb. gibi isimlerle adlandırılan hareket artefaktlarını önleyici yazılımlar bulunmalıdır.***
- 48. Firmalarca IDEAL, mDIXON ve DIXON vb olarak adlandırılan, tek çekide en az 4 kontrast (su, yağ, inphase, outphase) elde edilebilmesine olanak veren sekans olmalıdır.***
- 49. Sistemde en az 190 cm kesintisiz tüm vücut görüntüleme (whole body imaging) yapılabilmeli ve bunun için gerekli donanım ve yazılım verilmelidir. DWIBS, REVEAL gibi kısaltmalarla ifade edilen tüm vücut difüzyon çalışmalarında kullanılacak sekanslar olmaktadır.***
- 50. İsteklilerce çare bolus, smart prep, bolus track isimleri ile ifade edilen otomatik kontrast yakalama özelliği ile yine firmalarca panoramik table, smart step, mobil track isimleri ile ifade edilen otomatik masa hareketi ve otomatik bobin değiştirme özellikleri bulunacaktır.***
- 51. Sistemde BLISS, Views, Vibrant vb. olarak anılan bilateral meme çekimi için kullanılan sekanslar bulunacaktır.”*** Maddeleri eklenmiştir.

Zeyilname için yeterli süre olmaması sebebiyle kamu ve kurum yararı gözetilerek, ihalenin **30.03.2021 Salı günü saat 10:00’a ertelenmesine** karar verilmiştir. İdari Şartnamenin 26.03. maddesinde **geçici teminat süresi değişmiş** olup; ihaleye iştirak edecek firmaların yukarıda belirtilen hususlara göre tekliflerini hazırlaması hususunda gereğini rica ederim.

Selim ÖZEN
Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı