



T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Aydın Devlet Hastanesi

Sayı : E-54114546-949
Konu : Zeyilname

ZEYİLNAME 1

Hastanemizce 30.04.2021 tarihinde saat 10.00'da ihalesi yapılacak olan **“15 KALEM ANJIOGRAFI SARF MALZEME ALIMI İHALESİ”** yapılan itiraz neticesinde gerekli değerlendirmeler yapılmış olup, teknik şartnamenin değiştirilmesine karar verilmiştir. Teknik Şartnamenin eski ve yeni hali aşağıdaki gibidir.

İHALE SIRA NO:7.KALEM-İNDEFLATÖR KR2010 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teknik şartnamenin 13. Maddesi; Eski Hali; Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. Yüklenici firma ihale bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile kurum stoğunda olan ve miad tarihine 3 (üç) ay kalan ürünlerin miad tarihi en az 2 (iki) yıl olan ve son jenerasyon ürün ile 72 (yetmişiki) saat içerisinde değiştireceğinin taahhütünü vermelidir.

Yeni Hali; Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. Yüklenici firma ihale bitiş tarihine kadar kurum stoğunda olan ve miad tarihine 3 (üç) ay kalan ürünlerin miad tarihi en az 2 (iki) yıl olan ve son jenerasyon ürün ile 72 (yetmişiki) saat içerisinde değiştireceğinin taahhütünü vermelidir.

İHALE SIRA NO:9.KALEM- KONNEKTÖR-Y (KR1145) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teknik şartnamenin 13. Maddesi; Eski Hali; Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. Yüklenici firma ihale bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile kurum stoğunda olan ve miad tarihine 3 (üç) ay kalan ürünlerin miad tarihi en az 2 (iki) yıl olan ve son jenerasyon ürün ile 72 (yetmişiki) saat içerisinde değiştireceğinin taahhütünü vermelidir.□

Yeni Hali; Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. Yüklenici firma ihale bitiş tarihine kadar kurum stoğunda olan ve miad tarihine 3 (üç) ay kalan ürünlerin miad tarihi en az 2 (iki) yıl olan ve son jenerasyon ürün ile 72 (yetmişiki) saat içerisinde değiştireceğinin taahhütünü vermelidir.□

İHALE SIRA NO:12.KALEM- MANİFOLD SETİ (ÜÇ YOLLU KORONER MUSLUK) (KR2062) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teknik şartnamenin 12. Maddesi; Eski Hali; Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten

itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. Yüklenici firma ihale bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile kurum stoğunda olan ve miad tarihine 3 (üç) ay kalan ürünlerin miad tarihi en az 2 (iki) yıl olan ve son jenerasyon ürün ile 72 (yetmişiki) saat içerisinde değiştireceğinin taahhütünü vermelidir.

Yeni Hali; Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. Yüklenici firma ihale bitiş tarihine kadar kurum stoğunda olan ve miad tarihine 3 (üç) ay kalan ürünlerin miad tarihi en az 2 (iki) yıl olan ve son jenerasyon ürün ile 72 (yetmişiki) saat içerisinde değiştireceğinin taahhütünü vermelidir.□

İHALE SIRA NO:13.KALEM- INTRODUCER 7F SHEATH (KR1110) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teknik şartnamenin 13. Maddesi; Eski Hali; Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. Yüklenici firma ihale bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile kurum stoğunda olan ve miad tarihine 3 (üç) ay kalan ürünlerin miad tarihi en az 2 (iki) yıl olan ve son jenerasyon ürün ile 72 (yetmişiki) saat içerisinde değiştireceğinin taahhütünü vermelidir.□

Yeni Hali; Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. Yüklenici firma ihale bitiş tarihine kadar kurum stoğunda olan ve miad tarihine 3 (üç) ay kalan ürünlerin miad tarihi en az 2 (iki) yıl olan ve son jenerasyon ürün ile 72 (yetmişiki) saat içerisinde değiştireceğinin taahhütünü vermelidir.□

İHALE SIRA NO:14.KALEM- 0.038 GUIDE WIRE TEKNİK ŞARTNAMESİ (KR2004)

Teknik şartnamenin 13. Maddesi; Eski Hali; Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. Yüklenici firma ihale bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile kurum stoğunda olan ve miad tarihine 3 (üç) ay kalan ürünlerin miad tarihi en az 2 (iki) yıl olan ve son jenerasyon ürün ile 72 (yetmişiki) saat içerisinde değiştireceğinin taahhütünü vermelidir.

Yeni Hali; Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. Yüklenici firma ihale bitiş tarihine kadar kurum stoğunda olan ve miad tarihine 3 (üç) ay kalan ürünlerin miad tarihi en az 2 (iki) yıl olan ve son jenerasyon ürün ile 72 (yetmişiki) saat içerisinde değiştireceğinin taahhütünü vermelidir.□

İHALE SIRA NO:2.KALEM ANJIO İLAÇ SALINIMLI KORONER STENT SİSTEMİ

Teknik şartnamenin 6. Maddesi; Eski Hali; Stend iletim sisteminin proksimal shaft çapı en fazla 2.1 F distal shaft çapı en fazla 2.7 F olmalıdır.

Yeni Hali; Stend iletim sisteminin proksimal shaft çapı en fazla 2.2 F distal shaft çapı en fazla 2.7 F olmalıdır.

İHALE SIRA NO:3.KALEM ANJIO TOTAL OKLÜZYON BALON

Teknik şartnamenin 7. Maddesi; Eski Hali; Lezyon geçişi kolaylaştırmak için özel hydrohic kaplama ile kaplanmış olmalıdır ve balon omzu olmamalıdır.

Yeni Hali; Lezyon geçişi kolaylaştırmak için özel hydrohic kaplama ile kaplanmış olmalıdır ve balon omuz mesafesi kısa olmalıdır.

Teknik şartnamenin 12. Maddesi; Eski Hali; Balon katateri rated burst pressure basıncı 1,2 mm balon için 18 (+-2) atm'den az olmamalı, 1,5 ve 2,0 mm balonlar için 14 (+-2) atm'den az olmamalıdır. Nominal basıncı 7 atm (+-1) olmalıdır.

Yeni Hali; Balon katateri rated burst pressure basıncı tüm çaplar için 16(+2) atm olmalıdır .

Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr.Mustafa Onur TÜRKKAN
Başhekim V.