



T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN MALİ
HİZMETLER BİRİMİ
23/09/2021 14:24 - E-23315919 - 949 - 3577



00148577375

Sayı : E-23315919-949
Konu : Zeyilname (2021/477249)

ZEYİLNAME(2021/477249)

Müdürlüğümüzce 28/09/2021 tarihinde saat 10:00'da ihalesi yapılacak olan “2022-2023 YILLARI (24 Aylık) PUAN USULÜ SONUÇ KARŞILIĞI LABORATUVAR HİZMET ALIM” ihalesi ile ilgili olarak;

Teknik Şartnamenin 13.1 maddesindeki tablodan Çine Devlet Hastanesi çıkarılarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Cihaz Dağılımı	Didim Devlet Hast.	Germencik Ek Hizmet Binası	Bozdoğan Devlet Hastanesi	Karacasu Devlet Hastanesi	TOPLA M
Cihaz sayısı ve Yükleme Özelliği	1 adet-otomatik yüklemeli 1 adet-manuel yüklemeli	1 adet-manuel yüklemeli	1 adet-manuel yüklemeli	1 adet-manuel yüklemeli	5

Teknik şartnamenin 13.6. maddesi “ 13.6. Didim Devlet Hastanesine 1 adet verilecek olan cihazın üzerinde karıştırıcı bulunan otomatik yükleme modülüne sahip olmalıdır. Ayrıca Didim Devlet Hastanesi için 18 parametre otomatik yükleme modülüne sahip cihaza ek olarak en az 18 parametre tam kan sayımı yapabilen manuel yüklemeli bir cihaz da yedek olarak verilecektir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Teknik şartnamenin 13.19. maddesindeki klima tablosundan Çine Devlet Hastanesi çıkarılmış olup aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 72449c3d-ad0a-43e5-95b5-e094d7061e64 — Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü

Telefon: Faks No: 0256 2124493/e posta : sevgi.oren@saglik.gov.tr
e-Posta: sevgi.oren@saglik.gov.tr İnternet Adresi: Zeybek Mah. İzmir Bul. No:118
Efeler/AYDIN

Bilgi için: Sevgi ÖREN

SÜREKLİ İŞÇİ

Telefon No: (0 256) 213 50 00



İHTİYAÇ	Didim Devlet Hastanesi	Germencik Ek Hizmet Binası	Bozdoğan Devlet Hastanesi	Karacasu Devlet Hastanesi
Klima sayısı	1	1	1	1

Teknik şartnamenin 15.1. maddesi “Cihazlar; CBC / DİFF çalıştığında en az 100 test/saat hızında olmalıdır. Cihazlar 24 saat kapatılmaya gerek kalmadan kesintisiz çalışabilmelidir. Cihazlar aynı kan sayım reaktiflerini kullanmalıdırlar. Aydın Devlet Hastanesi Hematoloji Laboratuvarına en az 70 test/saat hızında ekstra bir cihaz verilecektir. Çine Devlet Hastanesine 18 parametrelili manuel yüklemeli ekstra bir yedek (backup) cihazı verilecektir.” **Şeklinde düzenlenmiştir.**

Teknik şartnamenin 15.2. maddesi “Kurumların test sayıları ve istediği cihaz sayısı aşağıda belirtilmiştir”

	Aydın Devlet Hastanesi	Kadın Doğum ve Çocuk Has	Atatürk Devlet Hastanesi	Nazilli Devlet Hastanesi	Söke Devlet Hastanesi	Kuşadası Devlet Hastanesi	Çine Devlet Hastanesi	TOPLAM
Cihaz sayısı	2	2	2	2	2	2	1	13

İhale 04/10/2021 Pazartesi günü saat 10:00’a ertelenmiş olup, ihaleye iştirak edecek firmaların **geçici teminat süresi** ve yapılan değişiklikleri göz önünde bulundurarak tekliflerini hazırlamaları hususunda gereğini rica ederim.

Gereğini rica ederim.

Selim ÖZEN
Müdür a.
Destek Hizmetleri Başkanı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 72449c3d-ad0a-43e5-95b5-e094d7061e64 — Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi için: Sevgi ÖREN

Telefon: Faks No: 0256 2124493/e posta : sevgi.oren@saglik.gov.tr
e-Posta: sevgi.oren@saglik.gov.tr İnternet Adresi: Zeybek Mah. İzmir Bul. No:118
Efeler/AYDIN

Telefon No: (0 256) 213 50 00

SÜREKLİ İŞÇİ

