

CERRAHİ ALET TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL HÜKÜMLER

- 1- Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin “ teknik şartnameye cevap “ metninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
- 2 - Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- 3 - Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
- 4- Malzemelerin her birinin üzerinde “katalog numarası” , “ markası “ Lazer yöntemi veya benzeri ile yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca her cerrahi aletin üzerinde üretildiği bölümü, kullanılan hammaddenin türünü, son kontrollerinin yapılma şeklini ve gönderildiği ülke bilgilerinin takibinin yapılması amacıyla özel matriks sistemi bulunacaktır. Bu matriks kodun üretici firma tarafından yapıldığı belgelendirilmelidir.
- 5- İstekliler ihtiyaç listemizde belirtilen bir veya birden fazla kısma teklif verebilecekleri gibi kısım’ların tamamına da teklif verebilirler. Ancak ürünlerin set bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için teklif verecekleri set’in içerisindeki ürünlerin tamamına aynı marka ile teklif vermeleri zorunludur. İstekli firmalar ürünlerine ait katalog numaralarını “ teknik şartnameye cevap “ metninde yazmak zorundadır. İstekli firmalar teklif ettikleri ürünün açıklamasını teklif ettikleri marka ya bire bir uyumlu olarak yazmak zorundadır.
- 6- İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları “ teknik şartnameye cevap ” başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka, ürünün adeti, barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır. Bu belgeyi vermeyen veya eksik ya da hatalı veren firmaların teklifleri reddedilecektir. Bu belgede okunmuştur, anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.

Sıra No	Referans Ürün İsmi ve/veya Katalog No	Teklif Edilen Ürün Katalog No	Teklif Edilen Marka	Ürün Açıklaması	Miktar	Teklif Edilen Ürüne Ait Katalog Sayfa No	Ürün Barkod No

- 7- T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince, teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynırlar ve tel sepetler hariç) TİTUBB ‘ de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının “ teknik şartnameye cevap “ belgesinde belirtilmesi zorunludur. İlgili set’e teklif edilen ürünlerden bir veya daha fazlasının onaylı barkod numarasının olmaması durumunda grup bütünlüğü bozulacağından isteklinin teklifi ürünlerden her birine ait onaylı barkod numarası olacak şekilde olmalıdır.
- 8- İstekli firma imalatçı veya ithalatçı ise Sağlık Bakanlığı ulusal bilgi bankasında kaydının bulunması zorunludur. İstekli firma yetkili satıcı veya bayii ise imalatçı veya ithalatçı firma tarafından Sağlık Bakanlığı ulusal bilgi bankasına yetkili bayilik kaydının yapılmış olması zorunludur.
- 9- İhale dokümanı beyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup, istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafı ve aynı fonksiyonları görecektir. **dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir. Teklif edilen aletlerin ölçüleri (mikro aletler hariç) istenilenden 20 cm den kısa aletlerde +/- 2 mm, 20 cm den daha uzun aletlerde +/- 5 mm uzunluklarda olabilecektir. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören uç, eğim, kavis, ağız**

AYDIN DEVLET HASTANESİ

Fatma KAYA

Hemşire

H 65824

AYDIN DEVLET HASTANESİ

Opr. Dr. Özer UYGUÇ

Kalp Damar Cerrahisi Uzm.

Dip. Tes. No.: 64607

metal yapısı, ağız diş yapısı, kıvrım, serasyon gibi işlevsel özelliklerinde istenilenin +/- %10 değişiklik gösterebilir.

10. İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile verecektir. Teklif edilen malzemeler kalem kalem orijinal katalogdan gösterilmelidir. Fotokopi, faks ve benzeri dokümanlar kabul edilmeyecektir. Orijinal kataloglarında bulunmayan ürünler için Üretim beyanları kabul edilmeyecektir.
11. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idareimizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
12. İstenilen cerrahi aletler için verilen katalog numaraları ve özellikleri şartnamedeki evsafın tam ebat ve şekil özelliklerini belirlemek açısından genel olarak kullanılan katalogdan referans alınmış olup, herhangi bir firmayı işaret etmemektedir.
13. Firmaların genel alet kalitesinin incelenebilmesi ve bir kısmın ürünlerinin numuneler üzerinden de doğruluğunun teyidi için listede bulunan malzemelere ait numunelerin aynı özellikte olanlarını kendi markalarına ait olmak üzere teklif verilecek seti temsilen numune olarak ihale saatine kadar idareye sunulacak ve tutanak altına alınacaktır. Bu tutanağın bir nüshası teklif dosyasına konulacaktır. Numunelerini ihale saatine kadar teklif dosyası ile birlikte teslim etmeyen, eksik ya da hatalı veren isteklilerin teklifleri ilgili set için değerlendirme dışı kalacaktır ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler sözleşme esnasında firmalara iade edilecektir.
14. Numuneler elle, gözle, gerekirse mikroskop altında ve ameliyatlarda kullanılarak incelenecek ve otoklavda test edilecektir. Aletlerde ağızların birbirine tam olarak temas etmemesi, saplarındaki elastik yapının bulunmaması, kilitlenebilen tiptekilerin zor açılıp zor kapanması, eklem yerlerinde ve serasyonlu ağızlarda çapak bulunması, kesici ağızdakilerin ağız kısmı kapatıldığında dokuyu travmatize edecek şekilde yapıların bulunması, düzgün kesmemesi, koparıcı ağızdakilerin koparılan bölgede parçalanmalara sebep olması , ağız şeklinin aynısını pürüzsüz bir şekilde koparmaması gibi durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır. Numunelerin veya ambalajlarının üzerine set adı ve sıra numarası yazılmalıdır.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Aşağıda belirtilen belgeler noter tasdikli olarak ihale evrakları arasında verilecektir:

a İmalatçı, ithalatçı ve iştirakçi firmaların vermiş olduğu garanti belgesi

- Cerrahi aletler için : 2 yıl
- Yedek parça ve servis : 10 yıl (ücreti karşılığında)

b İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan, kırılan, korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştireceklerine dair, kendisinin ve ithalatçı veya imalatçı firmanın antetli kağıdına yazılmış taahhütname vereceklerdir.

AYDIN DEVLET HASTANESİ

Fatma KAYA

Hemşire


H 65824

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Özer UYGUÇ
Kalp Damar Cerrahisi Uzm.
Dip. Tes. No.: 64607

İHTİYAÇ LİSTESİ

İHALE SIRA NO	MALZEME ADI	KODU	MALZEME ADI
1	Side Klemp (Aortic)	FB501R	DBAKY TEĞET KLİPS 2.48MM- EN 265MM
2	Side Klemp (Aortic)	FB502R	DBAKY TEĞET KLİPS 354MM- EN 99 270MM
3	Side Klemp (Aortic)	FB735R	COOLEY PEDİATRİK KLİPS EĞRİ 44MM 170MM
4	Castroviejo Kilitli Portegü	FM563R	DIADUST MIKRO İĞNE TUTUCU RD HDL 185MM
5	Castroviejo Kilitli Portegü	FM564R	DIADUST MIKRO İĞNE TUTUCU RD HDL 185MM
6	Koroner Penset	FB396R	DEBAKEY DÜZ PENS 1 MM UÇLU 240MM
7	Koroner Makas 90	BC653R	DIETRICH DAMAR MAKASI 90 DER. 170MM
8	Koroner Makas 120	BC519R	DIETHR.POTTS İNCE HASSAS MAKAS.125°180MM
9	Cross Klemp (aortic)	FB512R	DEBAKEY KLİPS 60 DER 65/100MM 280MM
10	Metzenbaum makas	BC271R	TC METZENBAUM MAKASI İNCE EĞRİ 180MM
11	Dilatatör 1mm	FB161R	DEBAKEY DİLATÖR ÇEKİÇ 1.0MM 190MM
12	Dilatatör 1,5mm	FB162R	DEBAKEY DİLATÖR ÇEKİÇ 1.5MM 190MM
13	Tel Portegü	BM113R	STERNUM-SÜTÜR İÇİN DUROGRIP İĞNE TUTUCU
14	Tel Kesme Makası	LX159R	REILL KESİCİ / İPLİĞE YAKIN KEMİK 2/1.6MM
15	Retractör	BV250R	ANDERSON-ADSON RETR 4X4 KESKİN 178MM
16	Carotis Retractor	BV097R (Allenberg)	KAROTİD EKARTÖR /ORTA AĞIZ KPL.
17	İnce Hook	BT083R	CUSHING DAMAR KANCASI KÜNT 90 DER. 6MM/191MM
18	Koroner Penset	FM591RT - FM338T	NOIR SUPREME MIC.FCPS.DE'BAKEY STR.210MM

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Fatma KAYA
Hemşire
H 65824



AYDIN DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Özer UYGUÇ
Kalp Damar Cerrahisi Uzm.
Dinç 1987

