

2022 yılı GENEL CERRAHİ CERRAHİ ALET İHALESİ ŞARTNAMESİ

- Madde 1:** Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin “ teknik şartnameye cevap “ metninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
- Madde 2:** Malzemelerin polijajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- Madde 3:** Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalı mat olmalıdır.
- Madde 4:** Malzemelerin her birinin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası, markası, CE işareti ile paslanmaz çelikten olanlar üzerinde de “Stainless Steel” ibaresi lazer tekniği ile yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. Aletlerin barkod kodlu ambalajlarda olması zorunludur. Kurumun gerek görmesi halinde barkod kodunu vererek imalatçı firmadan aletler hakkında tek tek bilgi sahibi olmak hakkına sahiptir.
- Madde 5:** İstekliler ihtiyaç listemizde belirtilen bir veya birden fazla kısma teklif verebilecekleri gibi kısım’ların tamamına da teklif verebilirler. Ancak ürünlerin set bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için teklif verecekleri set’in içerisindeki ürünlerin tamamına aynı marka ile teklif vermeleri zorunludur. İstekli firmalar ürünlerine ait katalog numaralarını “ teknik şartnameye cevap “ metninde yazmak zorundadır. İstekli firmalar teklif ettikleri ürünün açıklamasını teklif ettikleri marka ya bire bir uyumlu olarak yazmak zorundadır.
- Madde 6:** Alınacak aletler 134 derece otoklavda gazlı ve buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.
- Madde 7:** İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir. Kataloglar Türkçe açıklamalı olmalıdır. İhtiyaç listesinde belirtilen ürün karşılığında, isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka, ürünün adedi barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır. (Örneği aşağıda belirtilmiştir). Bu belgeyi vermeyen ve ya eksik ya da hatalı veren firmaların teklifleri reddedilecektir.

İRA NO	TANIMLAYICI ÜRÜN REFERANS KATALOG NO	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN KATALOG NO	TEKLİF EDİLEN MARKA	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT KATALOG SAYFA NO	ÜTS ÜRÜN BARKOD NO
.

- Madde 8:** T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri hükümlerince, teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibarı ile İlaç ve Tıbbi Cihazı Ulusal Bilgi Bankasında veya ÜTS’de kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB veya ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığından onaylanmış barkod numaralarının Teknik Şartnameye cevap belgesinde belirtilmesi zorunludur. İlgili set’e teklif edilen ürünlerden bir veya daha fazlasının onaylı barkod numarasının olmaması durumunda grup bütünlüğü bozulacağından isteklinin teklifi o set için değerlendirme dışı kalacaktır.
- Madde 9:** İstekli firma imalatçı veya ithalatçı ise Sağlık Bakanlığı ulusal bilgi bankasında kaydının bulunması zorunludur. İstekli firma yetkili satıcı veya bayii ise imalatçı veya ithalatçı firma tarafından Sağlık Bakanlığı ulusal bilgi bankasına yetkili bayilik kaydının yapılmış olması zorunludur.
- Madde 10:** İstenilen cerrahi aletler için verilen katalog numaraları ve özellikleri şartnamedeki evsafın tam tanımını belirlemek açısından referans olarak yazılmış olup, istekli ihtiyaç listesinde belirtilen evsafı ve aynı fonksiyonları görecektir. İstekli firmalar teklif edecek aletlerin hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları ve eğimleri oldukça önem arz etmektedir. Dolayısıyla teklif edilecek aletlerin istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden aletlerin

İZMİR İLİ
SAĞLIK BAKANLIĞI
AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
YERİNE AKPOLAT

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
YERİNE AKPOLAT

Faruk YARER
Kıbrıs

Op.Dr. İsmail KILIÇ
Op.Dr. İsmail KILIÇ

ölçülerini +/- 5 mm geçmeyecek farklı aletlerde teklif edilebilir. Ancak bu tolerans ağız yapısı, uç yapısı, uçlarındaki eğim, kavis gibi değerler istenilenin aynı olmak zorundadır.

- **Madde 11:** İmalatçı firmanın ithalatçı firmaya vermiş olduğu noter onaylı garanti belgesi
- Cerrahi aletler için :2 yıl
- Yedek Parça ve Servis için :10 yıl (ücret karşılığı) olacaktır.
- **Madde 12:** Teklif edilecek cerrahi aletlerin üretildiği çelik hammadesinin Uluslar arası Rockwell sertlik standartlarına göre sertlik değerleri; kesici aletler için 50-58 HRC, tutucu aletler için 40-48 HRC olarak belirtilen değerlerde olacaktır. Arica çeliğin yapısında bulunan ve çeliğin dayanım özelliklerini bozan Karbon, Mangan, Fosfor, Kükürt, Nikel, Silisyum, Molibden ve Vanadyum gibi elementler %1(bir)den fazla bulunmamalıdır. Ürünlerin kalitesini ifade eden bu belge noter tasdikli olarak, yabancı dilde verilecek olanlar Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olarak verilecektir.
- **Madde 13:** İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idaremizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
- **Madde 14:** İstenilen cerrahi aletler için verilen katalog numaraları ve özellikleri şartnamedeki evsafın tam tanımını belirlemek açısından Aesculap ve Bahadır marka referans kodları kullanılmıştır. Marka gözetmeksizin teknik şartname ve referans koduna uygun tüm talepler değerlendirilecektir.
- **Madde 15:** Malzeme tesliminde komisyon gerek gördüğü takdirde aletler şartnamede belirtilen koşullara uygunluğu teyit etmek amacıyla TSE 5172'de belirtilen metal malzeme korozyon deneyine tabi tutulacaktır. Teknik şartnameye uygunluğu tespit etmek amacıyla yapılacak tüm testler, deneyler ve bunların belgelendirilmesi ile ilgili tüm masraflar katılımcı firmalara ait olacaktır. Olumsuz bir durum tespit edildiğinde malzeme reddedilecektir. Firmalar bu belgelendirmeye ve rapora ait hiçbir itirazı olmayacağını yazılı olarak taahhüt edecektir.
- **Madde 16:** Firmaların genel alet kalitesinin incelenebilmesi ve bir kısmın ürünlerinin numuneler üzerinden de doğruluğunun teyidi için listelerde "N" ile belirtilen alet numunelerinin aynı özellikte olanlarını kendi markalarına ait olmak üzere teklif verilecek seti temsilen numune olarak ihale saatine kadar idareye sunulacak ve tutanak altına alınacaktır. Bu tutanağın bir nüshası teklif dosyasına konulacaktır. Numunelerini ihale saatine kadar teklif dosyası ile birlikte teslim etmeyen, eksik ya da hatalı veren isteklilerin teklifleri ilgili set için değerlendirme dışı kalacaktır ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler sözleşme esnasında firmalara iade edilecektir.
- **Madde 17:** İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan, kırılan, korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştireceklerine dair, kendisinin ve ithalatçı veya imalatçı firmanın antetli kağıdına yazılmış taahhütname vereceklerdir.
- **Madde 18:** Set içerisinde teklif edilecek aletlerle birlikte her hastaneye 1 adet 580*280*260 mm konteyner, kapak ve uyumlu sepet ücretsiz olarak verilecektir.
- **Madde 19 :** Numuneler elle, gözle, gerekirse mikroskop altında ve ameliyatlarda kullanılarak incelenecek ve otoklavda test edilecektir. Aletlerde ağızların birbirine tam olarak temas etmemesi, saplarındaki elastik yapının bulunmaması, kilitlenebilen tiptekilerin zor açılıp zor kapanması, eklem yerlerinde ve serasyonlu ağızlarda çapak bulunması, kesici ağızdakilerin ağız kısmı kapatıldığında dokuyu travmatize edecek şekilde yapıların bulunması, düzgün kesmemesi, koparıcı ağızdakilerin koparılan bölgede parçalanmalara sebep olması , ağız şeklinin aynısını pürüzsüz bir şekilde koparmaması gibi durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır. Numunelerin veya ambalajlarının üzerine set adı ve sıra numarası yazılmalıdır.

AYDIN DEVLET HASTAHANASI
Op. Dr. İker KIRIL
Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı
Evp. Tesc. No: 144974

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTAHANASI
Evl. Tesc. No: 144974

Fahri YAKEN
Nöroşirürji

GENEL CERRAHİ CERRAHİ ALET ALIMI İHALESİ TALEP LİSTESİ

SIRA NO	MALZEME ADI	ADET	aesculap kod	AYDIN ATATÜRK DH	AYDIN DH	AYDIN DİDİM DH	AYDIN KUŞADASI DH	AYDIN NAZİLLİ DH	AYDIN SÖKE FFKDH	AYDIN ÇİNE DH	TOPLAM
1	BOYAMA PENSİ DÜZ	53	BF122R	10	2	0	10	0	29	2	53
2	BOYAMA PENSİ EĞRİ	24	BF123R	10	2	0	10	0	2	0	24
3	BİSTÜRİ SAPI NO:4	41	BB084R	10	2	0	20	7	2	0	41
4	BİSTÜRİ SAPI NO:7	21	BB077R	10	1	0	10	0	0	0	21
5	BİSTÜRİ SAPI NO:3 L	34	BB075R	10	2	0	10	0	12	0	34
6	ADSON HASSAS PENSET 12 CM	43	BD511R	0	1	0	10	32	0	0	43
7	DOKU PENSETİ 18 CM	11	BD560R	0	1	0	10	0	0	0	11
8	CUSHING SÜTUR PENSETİ 20 CM	11	BD239R	0	1	10	0	0	0	0	11
9	DİSEKSİYON PENSETİ 16 CM	42	BD049R	20	2	0	10	0	10	0	42
10	DİSEKSİYON PENSETİ 18 CM	15	BD050R	0	1	0	10	0	4	0	15
11	DİSEKSİYON PENSETİ 20 CM	12	BD051R	0	2	0	10	0	0	0	12
12	DİSEKSİYON PENSETİ 25 CM	17	BD052R	10	2	0	5	0	0	0	17
13	STİLLE DİSEKSİYON MAKASI DÜZ 15 CM	56	BC580R	20	1	30	5	0	0	0	56
14	MAYO-HEGAR PORTEĞÜ 15 CM	45	BM065R	10	1	0	10	14	10	0	45
15	HALSTED-MOSQUITO HASTİK PENS EĞRİ 12.5CM	127	BH111R	12	5	0	50	28	30	2	127
16	CRİLE KLEMP DÜZ 14 CM	59	BH144R	0	5	0	30	14	10	0	59
17	CRİLE KLEMP EĞRİ 14 CM	174	BH145R	80	10	0	50	0	34	0	174
18	ROCHESTER PEAN FORSEPS EĞRİ 16 CM	45	BH443R	0	5	0	20	0	20	0	45
19	HALSTEAD MOSQUITO KLEMP EĞRİ 18.5 CM	32	BH203R	0	5	0	20	0	7	0	32
20	HALSTEAD MOSQUITO KLEMP EĞRİ 20 CM	25	BH211R	10	5	0	10	0	0	0	25
21	KOCHER PENSİ DÜZ 20 CM	65	BH646R	0	3	0	10	0	52	0	65
22	KOCHER OCHSNER KLEMP EĞRİ DİŞLİ	68	BH647R	20	0	0	20	0	28	0	68
23	BABY ADSON DİSEKTÖR 14 CM	15	BJ013R	0	1	0	5	0	7	2	15
24	ALLIS DOKU PENSİ 15.5 CM	5	EA016R	0	2	1	0	0	2	0	5
25	BACKHAUS ÇAMAŞIR KLEMPİ 11 CM	58	BF432R	0	6	0	20	14	12	6	58
26	VOLKMANN EKARTÖR 222 mm	16	BT274R	10	0	0	6	0	0	0	16
27	FARABEUF EKARTÖRÜ	38	BT020R	0	2	0	30	0	6	0	38
28	US ARMY EKARTÖR	22	BT041R	10	1	0	10	0	0	1	22
29	SPATULA EKARTÖR	12	BT763R	0	1	0	2	0	7	2	12
30	DEAVER EKARTÖR	2	BT604R	0	1	0	0	0	1	0	2
31	MAYO ALET ASKISI 14CM	36	BF493R	0	2	0	0	0	34	0	36
32	BİSTÜRİ SAPI NO:3	23	BB073R	0	1	0	20	0	2	0	23

GENEL CERRAHİ CERRAHİ ALET ALIMI İHALESİ TALEP LİSTESİ

SIRA NO	MALZEME ADI	ADET	aesculap kod	AYDIN ATATÜRK DH	AYDIN DH	AYDIN DİDİM DH	AYDIN KUŞADASI DH	AYDIN NAZİLLİ DH	AYDIN SÖKE FFKDH	AYDIN ÇİNE DH	TOPLAM
33	DOKU PENSETİ 16 CM	23	BD559R	0	1	0	20	0	0	2	23
34	VOLKMANN KEMİK KÜRETİ	8	FK633R	5	1	0	2	0	0	0	8
35	LANGENBECK EKARTÖRÜ	20	BT357R	10	0	0	10	0	0	0	20
36	MAYO STİLE MAKASI 15 CM	21	BC581R	0	0	0	10	7	4	0	21
37	KOCHER PENSİ DÜZ 14 CM	36	BH614R	0	2	0	10	0	24	0	36
38	CUSHİNG RETRAKTÖR	5	BT184R	0	2	0	0	0	3	0	5
39	ROCHESTER PEAN FORSEPS EĞRİ	22	BH449R	0	0	0	20	0	2	0	22
40	ROUX EKARTÖR 153 MM	16	BT035R	0	0	0	10	0	6	0	16
41	ROUX EKARTÖR 170 MM	16	BT036R	0	0	0	10	0	6	0	16
42	BAKES BİLE- DAMAR DİLATÖRÜ 1MM	2	EB061R	0	0	0	1	0	1	0	2
43	BAKES BİLE- DAMAR DİLATÖRÜ 2MM	2	EB062R	0	0	0	1	0	1	0	2
44	BAKES BİLE- DAMAR DİLATÖRÜ 3MM	2	EB063R	0	0	0	1	0	1	0	2
45	BAKES BİLE- DAMAR DİLATÖRÜ 4MM	2	EB064R	0	0	0	1	0	1	0	2
46	BAKES BİLE- DAMAR DİLATÖRÜ 5MM	2	EB065R	0	0	0	1	0	1	0	2
47	BAKES BİLE-DAMAR DİLATÖRÜ 6MM	2	EB066R	0	0	0	1	0	1	0	2
48	BAKES BİLE- DAMAR DİLATÖRÜ 7MM	2	EB067R	0	0	0	1	0	1	0	2
49	BAKES BİLE-DAMAR DİLATÖRÜ 8MM	2	EB068R	0	0	0	1	0	1	0	2
50	BAKES BİLE- DAMAR DİLATÖRÜ 9MM	2	EB069R	0	0	0	1	0	1	0	2
51	BAKES BİLE- DAMAR DİLATÖRÜ 10MM	2	EB070R	0	0	0	1	0	1	0	2
52	BAKES BİLE- DAMAR DİLATÖRÜ 11MM	2	EB071R	0	0	0	1	0	1	0	2
53	BAKES BİLE- DAMAR DİLATÖRÜ 12MM	2	EB072R	0	0	0	1	0	1	0	2
54	BAKES BİLE- DAMAR DİLATÖRÜ 13MM	2	EB073R	0	0	0	1	0	1	0	2
55	MAYO-HARRINGTON MAKASI DÜZ 23 CM	1	BC560R	0	1	0	0	0	0	0	1
56	MAYO-HARRINGTON MAKASI EĞRİ 23 CM	17	BC561R	0	1	0	10	0	6	0	17
57	STANDART DIŞLI PENSET 30 CM	14	BD053R	0	2	0	10	0	0	2	14
58	DOKU PENSETİ 16 CM	22	BD549R	0	0	0	20	0	0	2	22
59	KILLIAN PROBU EĞRİ 16.5 CM	2	BN172R	0	2	0	0	0	0	0	2
60	ÇAMAŞIR PENSİ KAĞIT PERDELİ 14 CM	9	BF464R	0	3	0	0	0	0	6	9
61	ROUX EKARTÖR 146 MM	3	BT031R	0	1	0	0	0	2	0	3
62	ROUX EKARTÖR 153 MM	3	BT032R	0	1	0	0	0	2	0	3
63	ROUX EKARTÖR 165 MM	3	BT033R	0	1	0	0	0	2	0	3
64	DEAVER EKARTÖR 311MM	1	BT605R	0	1	0	0	0	0	0	1
65	DEBAKEY EMME KANÜLÜ 27.5 CM	1	GF944R	0	1	0	0	0	0	0	1

GENEL CERRAHİ CERRAHİ ALET ALIMI İHALESİ TALEP LİSTESİ											
SIRA NO	MALZEME ADI	ADET	aesculap kod	AYDIN ATATÜRK DH	AYDIN DH	AYDIN DİDİM DH	AYDIN KUŞADASI DH	AYDIN NAZİLLİ DH	AYDIN SÖKE FFKDH	AYDIN ÇİNE DH	TOPLAM
66	KOCHER-OCHSNER PENSİ EĞRİ 16 CM	3	BH643R	0	3	0	0	0	0	0	3
67	MYRTLE-TABAKA PROBU 14.5 CM	1	BN054R	0	1	0	0	0	0	0	1
68	DOYEN OYUK SONDA EĞRİ 14.5 CM	1	BN010R	0	1	0	0	0	0	0	1
69	FİSTÜL PROBU NO:2 16.5 CM	1	BN022R	0	1	0	0	0	0	0	1
70	CERRAHİ ASPIRATÖR UCU	1	GF862R	0	1	0	0	0	0	0	1
71	NELATON OYUK SONDA EĞRİ 160MM	1	BN012R	0	1	0	0	0	0	0	1
72	ÇİFT UÇLU PROB 1.5MM 145MM	3	BN114R	0	1	0	0	0	0	2	3
73	LANGENBECK EKARTÖR	2	BT321R	0	2	0	0	0	0	0	2
74	VOLKMANN EKARTÖR	2	BT260R	0	2	0	0	0	0	0	2
75	STANDART DOKU PENSETİ 20 CM	1	BD561R	0	1	0	0	0	0	0	1
76	MOSQUITO KLEMP EĞRİ 100 MM	10	BH105R	0	10	0	0	0	0	0	10
77	ROCHESTER-PEAN PENSİ EĞRİ 200MM	5	BH447R	0	5	0	0	0	0	0	5
78	ÇİFT TARAFLI PROB 1.5MM 160MM	1	BN116R	0	1	0	0	0	0	0	1
79	VOLKMANN EKARTÖR 222 mm	8	BT266R	0	2	0	0	0	6	0	8
80	FOERS-BALLENG SPANÇ MAN PENSİ DÜZ 24.5CM	15	BF120R	0	0	0	0	15	0	0	15