

2022 yılı KADIN DOĞUM CERRAHİ ALET İHALESİ ŞARTNAMESİ

- Madde 1:** Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin " teknik şartnameye cevap " metninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
- Madde 2:** Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- Madde 3:** Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalı mat olmalıdır.
- Madde 4:** Malzemelerin her birinin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası, markası, CE işareti ile paslanmaz çelikten olanlar üzerinde de "Stainless Steel" ibaresi lazer tekniği ile yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. Aletlerin barkod kodlu ambalajlarda olması zorunludur. Kurumun gerek görmesi halinde barkod kodunu vererek imalatçı firmadan aletler hakkında tek tek bilgi sahibi olmak hakkına sahiptir.
- Madde 5:** İstekliler ihtiyaç listemizde belirtilen bir veya birden fazla kısma teklif verebilecekleri gibi kısım'ların tamamına da teklif verebilirler. Ancak ürünlerin set bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için teklif verecekleri set'in içerisindeki ürünlerin tamamına aynı marka ile teklif vermeleri zorunludur. İstekli firmalar ürünlerine ait katalog numaralarını " teknik şartnameye cevap " metninde yazmak zorundadır. İstekli firmalar teklif ettikleri ürünün açıklamasını teklif ettikleri marka ya bire bir uyumlu olarak yazmak zorundadır.
- Madde 6:** Alınacak aletler 134 derece otoklavda gazlı ve buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.
- Madde 7:** İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir. Kataloglar Türkçe açıklamalı olmalıdır. İhtiyaç listesinde belirtilen ürün karşılığında, isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka, ürünün adedi barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır. (Örneği aşağıda belirtilmiştir). Bu belgeyi vermeyen ve ya eksik ya da hatalı veren firmaların teklifleri reddedilecektir.

SIRA NO	TANIMLAYICI ÜRÜN REFERANS KATALOG NO	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN KATALOG NO	TEKLİF EDİLEN MARKA	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT KATALOG SAYFA NO	ÜTS ÜRÜN BARKOD NO
.

- Madde 8:** T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri hükümlerince, teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibarı ile İlaç ve Tıbbi Cihazı Ulusal Bilgi Bankasında veya ÜTS'de kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin TITUBB veya ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığından onaylanmış barkod numaralarının Teknik Şartnameye cevap belgesinde belirtilmesi zorunludur. İlgili set'e teklif edilen ürünlerden bir veya daha fazlasının onaylı barkod numarasının olmaması durumunda grup bütünlüğü bozulacağından isteklinin teklifi o set için değerlendirme dışı kalacaktır.
- Madde 9:** İstekli firma imalatçı veya ithalatçı ise Sağlık Bakanlığı ulusal bilgi bankasında kaydının bulunması zorunludur. İstekli firma yetkili satıcı veya bayi ise imalatçı veya ithalatçı firma tarafından Sağlık Bakanlığı ulusal bilgi bankasına yetkili bayilik kaydının yapılmış olması zorunludur.
- Madde 10:** İstenilen cerrahi aletler için verilen katalog numaraları ve özellikleri şartnamedeki evsafın tam tanımını belirlemek açısından referans olarak yazılmış olup, istekli ihtiyaç listesinde belirtilen evsafı ve aynı fonksiyonları görecektir şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir. Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları ve eğimleri oldukça önem arz etmektedir. Dolayısıyla teklif edilecek aletlerin istenilen ölçüden uzun veya

Hemşire
Rebra Şeyhan
Ruh

Dr. Yeşim Akyıldız
Göçer
Cerrahi

kısa olması ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden aletlerin ölçülerini +/- 5 mm geçmeyecek farklı aletlerde teklif edilebilir. Ancak bu tolerans ağız yapısı, uç yapısı, uçlarındaki eğim, kavis gibi değerler istenilenin aynı olmak zorundadır.

- **Madde 11:** İmalatçı firmanın ithalatçı firmaya vermiş olduğu noter onaylı garanti belgesi
- Cerrahi aletler için :2 yıl
- Yedek Parça ve Servis için :10 yıl (ücret karşılığı) olacaktır.
- **Madde 12:** Teklif edilecek cerrahi aletlerin üretildiği çelik hammadhesinin Uluslar arası Rockwell sertlik standartlarına göre sertlik değerleri; kesici aletler için 50-58 HRC, tutucu aletler için 40-48 HRC olarak belirtilen değerlerde olacaktır. Arica çeliğin yapısında bulunan ve çeliğin dayanım özelliklerini bozan Karbon, Mangan, Fosfor, Kükürt, Nikel, Silisyum, Molibden ve Vanadyum gibi elementler %1(bir)den fazla bulunmamalıdır. Ürünlerin kalitesini ifade eden bu belge noter tasdikli olarak, yabancı dilde verilecek olanlar Türkçe tercüme ve noter tasdikli olarak verilecektir.
- **Madde 13:** İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idareimizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az 1 personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
- **Madde 14:** İstenilen cerrahi aletler için verilen katalog numaraları ve özellikleri şartnamedeki evsafın tam tanımını belirlemek açısından Aesculap-Bahadır marka referans kodları kullanılmıştır. Marka gözetmeksizin teknik şartname ve referans koduna uygun tüm talepler değerlendirilecektir.
- **Madde 15:** Malzeme tesliminde komisyon gerek gördüğü takdirde aletler şartnamede belirtilen koşullara uygunluğu teyit etmek amacıyla TSE 5172' de belirtilen metal malzeme korozyon deneyine tabi tutulacaktır. Teknik şartnameye uygunluğu tespit etmek amacıyla yapılacak tüm testler, deneyler ve bunların belgelendirilmesi ile ilgili tüm masraflar İstekliler tarafından karşılanacaktır. Olumsuz bir durum tespit edildiğinde malzeme reddedilecektir. Firmalar bu belgelendirmeye ve rapora ait hiçbir itirazı olmayacağını firma yazılı olarak taahhüt edecektir.
- **Madde 16:** Firmaların genel alet kalitesinin incelenebilmesi ve bir kısmın ürünlerinin numuneler üzerinden de doğruluğunun teyidi için listelerde "N" ile belirtilen alet numunelerinin aynı özellikte olanlarını kendi markalarına ait olmak üzere teklif verilecek seti temsilen numune olarak ihale saatine kadar idareye sunulacak ve tutanak altına alınacaktır. Bu tutanağın bir nüshası teklif dosyasına konulacaktır. Numunelerini ihale saatine kadar teklif dosyası ile birlikte teslim etmeyen, eksik ya da hatalı veren isteklilerin teklifleri ilgili set için değerlendirme dışı kalacaktır ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler sözleşme esnasında firmalara iade edilecektir.
- **Madde 17:** İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan, kırılan, korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştireceklerine dair, kendisinin ve ithalatçı veya imalatçı firmanın antetli kağıdına yazılmış taahhütname vereceklerdir.
- **Madde 18:** Set içerisinde teklif edilecek aletlerle birlikte her hastaneye 1 adet 580*280*260 mm konteyner, kapak ve uyumlu sepet ücretsiz olarak verilecektir.
- **Madde 19 :** Numuneler elle, gözle, gerekirse mikroskop altında ve ameliyatlarda kullanılarak incelenecek ve otoklavda test edilecektir. Aletlerde ağızların birbirine tam olarak temas etmemesi, saplarındaki elastik yapının bulunmaması, kilitlenebilen tiptekilerin zor açılıp zor kapanması, eklem yerlerinde ve serasyonlu ağızlarda çapak bulunması, kesici ağızda kılınların ağız kısmı kapatıldığında dokuyu travmatize edecek şekilde yapıların bulunması, düzgün kesmemesi, koparıcı ağızda kılınların koparılan bölgede parçalanmalara sebep olması , ağız şeklinin aynısını pürüzsüz bir şekilde koparmaması gibi durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır. Numunelerin veya ambalajlarının üzerine set adı ve sıra numarası yazılmalıdır.

Robra Serik
Hemşire
Rahat

D. Y. Yılmaz
Göçmen
A. Y. Yılmaz
Göçmen

T.C.
Aydın Valiliği
İl Sağlık Müdürlüğü

2022 YILI KADIN DOĞUM CERRAHİ ALET ALIMI İHALESİ TALEP LİSTESİ

Sıra No	Eski Sıra No	aesculap kod	bahadır kod	Malzeme Adı	Ölçü Birimi	Miktar	DİDİM D.H.	KADIN DOĞUM VE ÇOC.HAST.	KUŞADASI D.H.	NAZİLLİ D.H.	SÖKE F.F.K.D.H.
							Miktar	Miktar	Miktar	Miktar	Miktar
1	1	BF123R	E 087.00	FOERSTER BALLENGER FORSEPSİ EĞRİ 24.5 CM	ADET	20			20		
2	2	BF122R	E 086.00	FOERSTER BALLENGER FORSEPSİ DÜZ 24.5 CM	ADET	35	5	10	20		
3	3	BB084R	B 040.01	BİSTÜRİ SAPI NO:4	ADET	12			10		2
4	4	BD049R	D 240.03	DİSEKSİYON PENSETİ 16 CM	ADET	31		5	20		6
5	5	BD050R	D 240.04	DİSEKSİYON PENSETİ 18 CM	ADET	35		5	30		
6	10	BH447R	G 431.02	ROCHESTER PEAN FORSEPS EĞRİ 16 CM	ADET	62			50		12
7	11	BH647R	G 449.02	KOCHER OCHSNER KLEMP EĞRİ DİŞLİ	ADET	94			50	20	24
8	13	EO108R	E 258.01	BRAUN UTERİN TENAKULUM PENS 25CM	ADET	30	10		20		
9	14	BT032R	K 325.02	ROUX EKARTÖR 153 MM	ADET	10			10		
10	15	BT033R	K 325.03	ROUX EKARTÖR 170 MM	ADET	10			10		
11	20	BB073R	B 030.01	BİSTÜRİ SAPI NO:3	ADET	40		10	30		
12	23	EO110R	E 251.00	SCHRODER TENAKULUM PENSİ	ADET	2					2
13	24	EO012R	J 652.08	UTERİN SONDA	ADET	12	5		1		6
14	25	ER412R	N 532.09	UTERUS KÜRETİ NO:2	ADET	6					6
15	26	ER413R	N 532.12	UTERUS KÜRETİ NO:3	ADET	6					6
16	27	ER414R	N 532.15	UTERUS KÜRETİ NO:4	ADET	6					6
17	28	ER415R	N 532.19	UTERUS KÜRETİ NO:5	ADET	6					6
18	29	ER416R	N 532.21	UTERUS KÜRETİ NO:6	ADET	6					6
19	31	BD224R	D 213.00	ADSON PENSET 18 CM	ADET	20					20
20	33	BF493R	E 481.00	MAYO ALET ASKISI 14CM	ADET	22			10		12

21	34	BC561R	C 457.00	MAYO MAKAS 23 CM	ADET	5	5				
22	35	EM132R	J 751.02	HEGAR DİLATÖR 2.5MM	ADET	3	1				2
23	36	EM133R	J 751.03	HEGAR DİLATÖR 3.5MM	ADET	3	1				2
24	37	EM134R	J 751.04	HEGAR DİLATÖR 4.5MM	ADET	3	1				2
25	38	EM135R	J 751.05	HEGAR DİLATÖR 5.5MM	ADET	3	1				2
26	39	EM136R	J 751.06	HEGAR DİLATÖR 6.5MM	ADET	3	1				2
27	40	EM137R	J 751.07	HEGAR DİLATÖR 7.5MM	ADET	3	1				2
28	41	EM138R	J 751.08	HEGAR DİLATÖR 8.5MM	ADET	3	1				2
29	42	EM139R	J 751.09	HEGAR DİLATÖR 9.5MM	ADET	3	1				2
30	43	EM140R	J 751.10	HEGAR DİLATÖR 10.5MM	ADET	3	1				2
31	44	EM141R	J 751.11	HEGAR DİLATÖR 11.5MM	ADET	3	1				2
32	45	BC587R	C 459.00	MAYO MAKAS EĞRİ 16.5 CM	ADET	30		10	20		
33	46	BC605R	C 421.00	METZENBAUM DİSEKSİYON MAKAS EĞRİ 14.5CM	ADET	10		5	5		
34	47	BD560R	D 360.05	DOKU PENSETİ 18 CM	ADET	25		5	20		
35	48	BD222R	D 205.00	ADSON HASSAS DİSEKSİYON PENSET DÜZ 12CM	ADET	15		5	10		
36	49	BD216R	D 218.01	SEMKEN HASSAS DİSEKSİYON PENSET DÜZ 15CM	ADET	10			10		
37	50	BM237R	F 230.02	MAYO HEGAR PORTEGÜ 20CM	ADET	15		5	10		
38	51	BH205R	G 307.00	ADSON HASSAS HEMOSTATİK PENS EĞRİ 21.5CM	ADET	15		5	10		
39	52	BH108R	G 206.00	MICRO-HALSTED HASSASATİK PENS DÜZ 12.5CM	ADET	25		5	20		
40	53	BH109R	G 207.00	MICRO-HALSTED HASSASTİK PENS EĞRİ 12.5CM	ADET	55		5	50		